










# VITA Equipment - Actual software versions

Stand / Date of issue / Edition / Data di rilascio / Fecha de emisión: 10.02.2025

**VITA**

Typ		vPad Version	Vacumat 6000 M Version	Vacumat 6100 M Version	Vacumat 6000 MP Version	Zyrcomat 6000 MS Version	Zyrcomat 6100 MS Version	SMART.FIRE Standard Version	SMART.FIRE Straumann Version	SMART.FIRE Advanced Version	V60 i-Line Version	V60 i-Line PLUS Version	Easyshade V Version	Easyshade Lite Version
<b>vPad comfort</b>														
bis Seriennummer up to serial number jusqu'au numéro de série fino al numero di matricola hasta núm. de serie	2420155635 	150228	150229	---	150229	150229	150229	---	---	---	---	---	---	---
ab Seriennummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	2420155636 onwards  in su o superior	180209	180209	---	180209	180209	180209	---	---	---	---	---	---	---
ab Serinnummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	3020180051 onwards  in su o superior	250203	250203	250203	250203	250203	250203	---	---	---	---	---	---	---
<b>vPad clinical</b>														
bis Seriennummer up to serial number jusqu'au numéro de série fino al numero di matricola hasta núm. de serie	2020140549 	150228	150229	---	150229	150229	150229	---	---	---	---	---	---	---
ab Serinnummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	2620150550 onwards  in su o superior	180209	180209	---	180209	180209	180209	---	---	---	---	---	---	---
<b>vPad excellence</b>														
bis Seriennummer up to serial number jusqu'au numéro de série fino al numero di matricola hasta núm. de serie	2320152049 	150228	150229	---	150229	150229	150229	---	---	---	---	---	---	---
ab Seriennummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	2320152050 onwards  in su o superior	180209	180209	---	180209	180209	180209	---	---	---	---	---	---	---
ab Seriennummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	2820170050 onwards  in su o superior	250203	250203	250203	250203	250203	250203	---	---	250203	---	---	---	---
SMART.FIRE - vPad		221005	---	---	---	---	---	01.11	01.11	---	---	---	---	---

Q:\1500 - T1\530 - Fertigung\1536 - Geraete\Geräteservice\Technische Dokumentation Geräte\Aktuelle Software Version Übersicht\VITA Geräte - Aktuelle Software Versionen 2025\_02\_10.xls

# VITA Equipment - Actual software versions

Stand / Date of issue / Edition / Data di rilascio / Fecha de emisión: 10.02.2025



Typ	vPad Version	Vacumat 6000 M Version	Vacumat 6100 M Version	Vacumat 6000 MP Version	Zyrcomat 6000 MS Version	Zyrcomat 6100 MS Version	SMART.FIRE Standard Version	SMART.FIRE Straumann Version	SMART.FIR E Advanced Version	V60 i-Line Version	V60 i-Line PLUS Version	Easyshade V Version	Easyshade Lite Version
										221005	250117	---	---
												512bLE	---
												---	600Le

**WICHTIG / IMPORTANT / IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANTE**

Sollte ein vPad comfort oder vPad excellence sowie der damit verbundene Vacumat 6000 M/MP oder Zyrcomat 6000 MS mit einer Software Version < 100719 ausgestattet sein, dann kann bei diesem/n Gerät/en nicht direkt ein Update auf die neueste Version durchgeführt werden. Bei diesen Geräten muss zwingend ein "Zwischen-Update" durchgeführt werden, d.h. zuerst ein Update mit der Version 100719 durchführen und nach erfolgreicher Installation dann ein weiteres Update auf die aktuellste Version durchführen.

Should a vPad comfort or vPad excellence as well as the associated Vacumat 6000 M / MP or Zyrcomat 6000 MS be equipped with a software version <100719, then this/these device/s can not be updated directly to the latest version. For these devices an "intermediate update" must be carried out, i.e. first an update with the version 100719 and after successful installation then another update to the latest version.

Si un vPad comfort ou vPad excellence ainsi que le VACUMAT 6000 M / MP ou le ZYRCOMAT 6000 MS associé sont équipés d'une version de logiciel < 100719 alors ce périphérique ne peut pas être mis à jour directement à la dernière version. Pour ces appareils, une "mise à jour intermédiaire" doit être effectuée à savoir tout d'abord une mise à jour avec la version 100719 et après une installation réussie, une autre mise à jour vers la dernière version sera effectuée.

Se un vPad comfort o vPad excellence così come il relativo Vacumat 6000 M / MP o Zyrcomat 6000 MS sono dotati di una versione software <100719, non possono essere aggiornati direttamente alla versione più recente. Per questi dispositivi bisogna eseguire un "aggiornamento intermedio", cioè prima un aggiornamento con la versione 100719 e poi, dopo aver completato con successo l'installazione, un altro aggiornamento all'ultima versione.

En caso que un vPad comfort o un vPad excellence se encuentre conectado a un Vacumat 6000 M / MP o Zyrcomat 6000 MS indicando una versión de software inferior a la 100719, no se podrán actualizar directamente estas unidades a la última versión de software. Para estas unidades se deberá realizar una "actualización intermedia", es decir primero una actualización con la versión 110719 y luego de una instalación exitosa, se deberá realizar otra actualización a la última versión.